FICHE TECHNIQUE

Aiguilles d'injection – Aiguilles à sclérose

STERILE EO

2

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Aiguilles d'injection

Disponibles avec un cathéter plastique ou métallique qui réduit les risques de plicature dans les configurations difficiles.





Type de cathéter	Références	CATHETER		AIGUILLE	
		Longueur (mm) - A	Diamètre (mm) - B	Longueur (mm) - C	Diamètre (G / mm) - D
Gaine plastique	**WS-1816PN2504**	1 650	1,8	4	25 / 0,5
	WS-2423PN2504	2 300	2,4	4	25 / 0,5
	WS-2423PN2304	2 300	2,4	4	23 / 0,6
	WS-2423PN2104	2 300	2,4	4	21 / 0,7
	WS-2423PN1904	2 300	2,4	4	19 / 0,9
Gaine métallique Limite les plicatures	**WS-2423PM2104**	2 300	2,4	4	21 / 0,7

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **10**
Type d'emballage individuel : **Sachet**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

FICHE TECHNIQUE

Matériaux :

Aiguille :	Acier Inoxydable
Poignée :	ABS
Cathéter :	*Plastique :* PTFE
	Métallique : Acier Inoxydable

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non

Sterilité

Stérile :	☑Oui	❑Non
Mode de stérilisation :	Oxyde d'Ethylène	
Nombre d'utilisations	Usage Unique	

Autres données :

Présence d'un code barre :	☑Oui	❑Non
Référentiel utilisé :	❑HIBC	☑GS1-128
Avec les informations :		
Référence :	☑Oui	❑Non
N° de lot :	☑Oui	❑Non
Date de péremption :	☑Oui	❑Non

Conservation

Conditions de conservation:	Température ambiante contrôlée (15-25°C)
	Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption :	3 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice

Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant :	Wilson Instruments (SHA) Co., Ltd
Pays :	République populaire de Chine

Marquage CE

Marquage CE accordé par TUV Rheinland, N° d'organisme : 0197
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe V
Produit de classe II a, selon la règle 6